

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 551/YDHP-VTTTB

Hải Phòng, ngày 08 tháng 7 năm 2024

V/v mời báo giá máy xét nghiệm
nước tiểu 10 thông số

Kính gửi: Quý Công ty

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Kế hoạch, nhu cầu sử dụng của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng; Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đề nghị **Quý Công ty** gửi báo giá trọn gói (đã bao gồm đầy đủ các chi phí) để “Cung cấp máy xét nghiệm nước tiểu 10 thông số cho trường Đại học Y Dược Hải Phòng” theo phụ lục chi tiết kèm theo.

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán kinh phí, giá gói thầu;

Thời điểm gửi báo giá chậm nhất: Trước 17h00 ngày 22/07/2024;

Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt;

Hiệu lực của báo giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá;

Địa điểm nhận báo giá: Phòng Vật tư - TTB;

Địa chỉ: Tầng 1, Nhà A, Phòng A111 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, số 72A đường Nguyễn Bình Khiêm, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng;

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, phòng VTTTB



HIỆU TRƯỞNG

HIỆU TRƯỞNG
PGS. TS. Nguyễn Văn Khải

PHỤ LỤC THƯ MỜI BÁO GIÁ

(Kèm theo thư mời số 551/YDHP-VTTTB ngày 03/7/2024)

| Stt | Loại máy | Đơn vị | Số lượng |
|-----|--|--------|----------|
| 1 | *Máy xét nghiệm nước tiểu 10 thông số - Thông số xét nghiệm: Glucose, Protein, Ketones, Biliribine, pH, Urobilinogen, tỷ trọng, Nitrie, Hồng cầu, Bạch cầu. - Phương pháp đo: Đo ba màu RGB - Độ lặp lại: $CV \leq 1\%$ - Độ ổn định: $CV \leq 1\%$ - Tốc độ phân tích: 120 mẫu/ giờ hoặc 60 mẫu/ giờ - Bộ nhớ dữ liệu: Lưu trữ 2000 kết quả, đầy đủ về thời gian xét nghiệm, số lượng mẫu | Cái | 02 |

